

## EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ PPE

Část I: Osobní ochranný prostředek (OOP) .....	2
Část II: Položky.....	3
Část III: Zástupce.....	3
Část IV: Prohlášení.....	3
Část V: Certifikát.....	4
Část V: Schvalovací doložka.....	4

## Část I: Osobní ochranný prostředek (OOP)

Název produktu:	Nitrilové rukavice NITRIL IDEAL, 100 ks, nepudrované, 3.5 g
Obchodní název:	NITRIL IDEAL
Typ:	Jednorázové nesterilní ochranné a vyšetřovací rukavice
Barva:	Tmavě růžová

## Část II: Položky

Pol. č.	Barva	Vel.	Kvalita (g)	Balení	Rozměry (mm)	Hmotnost (g)	EAN
100087	Tmavě růžová	XS	2.9 ± 0.3	Krabička	200 × 110 × 60	330	8594177200841
				Karton	315 x 230 x 210	3 700	8594177204078
100080	Tmavě růžová	S	3.2 ± 0.3	Krabička	200 × 110 × 60	360	8594177200773
				Karton	315 x 230 x 210	4 000	8594177204085
100081	Tmavě růžová	M	3.5 ± 0.3	Krabička	200 × 110 × 60	390	8594177200780
				Karton	315 x 230 x 210	4 300	8594177204092
100082	Tmavě růžová	L	3.8 ± 0.3	Krabička	200 × 110 × 60	420	8594177200797
				Karton	315 x 230 x 210	4 600	8594177204108

## Část III: Zástupce

Výrobce / distributor: Espeon, s.r.o.  
U větrolamu 1212/53  
184 00 Praha 8  
Czech Republic

## Část IV: Prohlášení

My, níže podepsaní, tímto prohlašujeme, že výše uvedené jednorázové prostředky splňují na naší výhradní odpovědnost ustanovení nařízení (EU) 2016/425 kategorie III. o osobních ochranných prostředcích.

## Část V: Certifikát

Oznámená osoba: 2777  
SATRA číslo zákazníka: P1808  
Číslo certifikátu: 2777/10469-07/E01-01

Tento certifikát zahrnuje položky v části II tohoto dokumentu testovaných dle příslušných standardů a technických specifikací. Certifikát byl vystaven pod Modulem B Regulace 2016/425 o osobních ochranných prostředcích. Tato skupina výrobků prokazatelně splňuje příslušné základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost jako výrobek kategorie III.

Standardy a tech. spec.: EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016

Technické zprávy: SATRA: CHM0316768/2129/LC/A, CHM0316768/2129/LC/B, CHM0316768/2129/LC/C, CHM0316128/2127/JH/A, SPC0314557/2123/2, CHM0326067/2205/3/SPT, CHM0326067/2205/CC/B, CHM0326067/2205/CC/C, CHM0326067/2205/CC/A, ProQares: 104367, 102477, 108057

Certifikát vystaven: SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park, Clonee D15YN2P, Republic of Ireland

## Část V: Schvalovací doložka

Název dokumentu: POS-70009-IDEAL-2, Rev: 0 (06-2026)

Společnost: Espeon, s.r.o., U větrolamu 1212/53, 184 00 Praha 8, Česká republika

Jméno: Ing. Martin Kameš

Pozice: Jednatel

---